

Osvědčení nabylo právní moci

dne: 4.6.2010



Hrdáček

podpis



Český metrologický institut

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

číslo 6000-OR-0007-10

Na základě žádosti č.j. 2843/2010 ze dne 17.05.2010 a výsledku posouzení předpokladů stanovených § 19 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 vyhl. MPO č. 262/2000 Sb. v platném znění je u Českého metrologického institutu – oblastního inspektorátu registrován subjekt:

obchodní firma / jméno: **ENBRA, a.s.**

IČ: 44015844

sídlo – místo podnikání: **Durdáková 5
613 00 Brno**

Předmět registrace: výroba, opravy, montáž

viz Příloha č.1

Osvědčení o registraci je předběžně vykonatelné dnem jeho oznámení žadateli – registrovanému subjektu; nabyvá právní moci po uplynutí 15 dnů po jeho oznámení, pokud nebylo proti němu podáno odvolání. Všechny skutečnosti rozhodné pro změnu nebo zrušení registrace je registrovaný subjekt povinen bez zbytečného odkladu sdělit oblastnímu inspektorátu Českého metrologického institutu, u kterého je registrován.

Registrovaný subjekt je povinen plnit podmínky registrace, které jsou nedílnou součástí tohoto osvědčení o registraci a postupovat podle metrologického předpisu MP 001 v platném znění.

Za činnost v rozsahu registrace odpovídá: Karel Hajman

Dohodnutá značka 06-10
07-EN

Poučení o odvolání:

Proti tomuto osvědčení o registraci lze podat k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví odvolání do 15 dnů od jeho oznámení registrovanému subjektu. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních prostřednictvím oblastního inspektorátu Českého metrologického institutu, který registraci provedl; postup řízení je upraven § 24 zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odvolání nemá odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Právo podat odvolání nepřísluší, dle § 81, odst. 2 SR, účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu (§ 81 odst. 3 SR).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné (§ 82 odst. 1 SR). Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SR, musí být patrné kdo je činí, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, které věci se týká a co se navrhuje, musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která jej činí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka, tj. odvolatele (§ 82 odst. 2 SR).

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 SR).



Ing. Radovan Wiecek

pověřený řízením oblastního inspektorátu

V dne 20.05.2010

Za správnost vyhotovení:



Osvědčení o registraci č. 6000-OR-0007-10

Podmínky registrace

Ve smyslu § 11, odst. 2, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění, je registrovaný subjekt povinen při provádění činnosti v rozsahu registrace dodržovat následující podmínky, které jsou součástí vydaného osvědčení o registraci:

1. Registrovaný subjekt, který nemá v osvědčení o registraci uvedeno IČ, je povinen tento údaj písemně sdělit registrujícímu oblastnímu inspektorátu ČMI po jeho přidělení, nejpozději však do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Osvědčení o registraci. Při nesplnění povinnosti dodatečného oznámení IČ zahájí ČMI správní řízení o zrušení registrace.
2. Registrovaný subjekt je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho nařízení vlády vztahujících se na předmět registrované činnosti (jsou-li v těchto předpisech požadavky dotýkající se výkonu registrované činnosti specifikovány).

Dále je registrovaný subjekt povinen dodržovat požadavky metrologického předpisu ČMI MP 001 (v platném znění).

Subjekt je zejména povinen ohlásit bez zbytečného odkladu změny vůči podmínkám, za kterých byla registrace provedena, a to zvláště následující změny:

- změnu názvu subjektu a/nebo právní formy subjektu a/nebo sídla subjektu,
 - změnu technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění výkonů v rozsahu registrace,
 - změnu jména zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
3. Subjekt je povinen požádat o zrušení původní registrace a provedení nové registrace v případě jeho požadavku na rozšíření rozsahu registrace o nové činnosti, resp. požádat o vydání doplňku k Osvědčení o registraci v případě požadavku na změnu věcné specifikace měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, a způsobu zajištění jejich metrologické návaznosti. Do provedení nové registrace, resp. do vydání doplňku k Osvědčení o registraci není subjekt oprávněn registrovanou činností ve změněném rozsahu resp. ve změněné věcné specifikaci měřidel provádět.
 4. Registrovaný subjekt je povinen udržovat v aktuálním stavu odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace a dokumenty tuto způsobilost prokazující.
 5. Při výrobě, opravách a montáži stanovených měřidel musí být splněny požadavky českých technických norem, metrologických předpisů, technické dokumentace výrobce měřidel a certifikátů schválení typu, které se vztahují k předmětnému měřidlu a registrované činnosti.

6. Povinností registrovaného subjektu je používat dohodnutou značku pouze pro účely výkonu registrované činnosti.
7. Registrovaný subjekt je povinen respektovat oprávnění orgánu provádějícího státní metrologický dozor vydat bezprostřední opatření omezující registraci v případě, kdy jsou nedodržením zákona ohroženy zákonem chráněné zájmy. V tomto případě nesmí být vyrobená, opravená a/nebo montovaná měřidla uváděna do oběhu.
8. Registrovaný subjekt je povinen a oprávněn montovat pouze měřidla, která byla uvedena na trh v souladu s právní úpravou (posouzení shody dle NV 464/2005 Sb. nebo u měřidel nepokrytých tímto nařízením vlády schválení typu a prvotní ověření dle zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) anebo s platným následným ověřením, a to ve výrobcem technologicky stanovené poloze.
9. Registrovaný subjekt je povinen vést evidenci namontovaných (opravených) měřidel s uvedením údajů o výrobním čísle měřidla, platnosti jeho ověření, místě a majiteli objektu, v němž bylo měřidlo namontováno, subjektu provádějícím montáž a subjektu provádějícím servis měřidla.

Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31
638 00 Brno
6001

Příloha č. 1 k osvědčení o registraci číslo 6000-OR-0007-10

A) Výroba

Měřidla protečeného množství vody

- a) na studenou vodu
- b) na teplou vodu

B) opravy, montáž

Měřidla protečeného množství vody

- a) na studenou vodu
- b) na teplou vodu
- c) bubnové vodoměry
- d) objemové vodoměry

Měřiče tepla a chladu a jejich členy

- a) kompaktní měřiče tepla a chladu
- b) měřidla protečeného množství nosného média
- c) snímače teploty
- d) snímače teploty se zabudovaným převodníkem
- e) snímače tlaku a tlakové diference
- f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu

Český metrologický institut
Oblastní inspektorát Brno
Okružní 31
638 00 Brno
6001